

تصويبات

قائمة الأجهزة الطبية ذات الأولوية اللازمة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والمواصفات التقنية المرتبطة بها: إرشادات
مبدئية، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

(WHO/2019-nCoV/MedDev/TS/O2T.V2)

الصفحة vi، الأسطر 25-26

حذف: وتشكر المنظمة كذلك رياض فرح وزياد غزالي على تقديم صورة الغلاف، التي التقطت في مستشفى القديس
جاورجيوس، بالمركز الطبي الجامعي في بيروت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

إضافة: وتشكر المنظمة كذلك رياض فرح وزياد غزالي على تقديم صورة الغلاف، التي التقطت في مستشفى القديس
جاورجيوس، بالمركز الطبي الجامعي في بيروت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتعرب المنظمة كذلك عن امتنانها لوزارة الصحة الاتحادية الألمانية على دعمها الخطة الاستراتيجية للتأهب
والاستجابة لجائحة كوفيد-19 للمنظمة في مجالي البحث والتطوير.

الصفحة vii، السطر 14

حذف: وضع رفض الألوان CMR

إضافة: رفض الوضع الشائع CMR

الصفحة 21، الجدول، العمود 3، الأسطر 19-20

حذف: شريط، جراحي، ضعيف التسبب في الحساسية، 2.5 × 5 م

إضافة: شريط، جراحي، ضعيف التسبب في الحساسية، 0,025 × 5 م

الصفحة 46، الأسطر 1-2

حذف: 4-3-3 كيس الإنعاش الذاتي النفخ المزود بكمامة

كيس الإنعاش الذاتي النفخ المزود بكمامة

إضافة: 4-3-3 كيس الإنعاش الذاتي النفخ المزود بكمامة (جهاز الإنعاش اليدوي)

كيس الإنعاش الذاتي النفخ المزود بكمامة (جهاز الإنعاش اليدوي)

الصفحة 113، الجدول، العمود 3، الأسطر 19-20

حذف: لا تقل إنتاجية العينة عن 20 عينة كل 8 ساعات في اليوم. وينبغي للصانع أن يحدد بدقة قيود الاختبار، إن وجدت، إن وجدت.

إضافة: لا تقل إنتاجية العينة عن 20 عينة في الساعة. وينبغي للصانع أن يحدد بدقة قيود الاختبارات، إن وجدت.

الصفحة 122، الجدول، العمود 2، الأسطر 2-4

حذف: أنبوب، داخل رغامي، رقم 2، بدون وثاق، معقم، أحادي الاستعمال

إضافة: أنبوب، داخل رغامي، رقم 2، بوثق، معقم، أحادي الاستعمال

الصفحة 122، الجدول، العمود 2، الأسطر 5-7

حذف: أنبوب، داخل رغامي، رقم 2.5، بدون وثاق، معقم، أحادي الاستعمال

إضافة: أنبوب، داخل رغامي، رقم 2.5، بوثق، معقم، أحادي الاستعمال

الصفحة 122، الجدول، العمود 2، الأسطر 8-10

حذف: أنبوب، داخل رغامي، رقم 3، بدون وثاق، معقم، أحادي الاستعمال

إضافة: أنبوب، داخل رغامي، رقم 3، بوثق، معقم، أحادي الاستعمال

الصفحة 122، الجدول، العمود 2، الأسطر 11-13

حذف: أنبوب، داخل رغامي، رقم 3.5، بدون وثاق، معقم، أحادي الاستعمال

إضافة: أنبوب، داخل رغامي، رقم 3.5، بوثق، معقم، أحادي الاستعمال

الصفحة 124، الجدول، العمود 2، الأسطر 4-2

حذف: أنبوب، داخل رغامي، رقم 4، بدون وثاق، معقم، أحادي الاستعمال

إضافة: أنبوب، داخل رغامي، رقم 4، بوثق، معقم، أحادي الاستعمال

الصفحة 124، الجدول، العمود 2، الأسطر 7-5

حذف: أنبوب، داخل رغامي، رقم 5، بدون وثاق، معقم، أحادي الاستعمال

إضافة: أنبوب، داخل رغامي، رقم 5، بوثق، معقم، أحادي الاستعمال

الصفحة 132، الجدول، العمود 3، السطر 37

حذف: ومزودة بجهاز يعمل بالأذنين، مع إطار زنبركي ناعم غير قابل للطي. وساعة صدر ذات دعامة مزدوجة.

إضافة: ومزودة بجهاز يعمل بالأذنين، مع إطار زنبركي ناعم غير قابل للطي. وساعة ذات دعامة صدرية رأسية مزدوجة.

الصفحة 134، الجدول، العمود 2، الأسطر 22-20

حذف: شريط، جراحي، ضعيف التسبب في الحساسية، 2.5 × 5 م

إضافة: شريط، جراحي، ضعيف التسبب في الحساسية، 0,025 × 5 م

الصفحة 160، السطر 34

حذف: - ويحسب وقت النشاط بالقسمة على 25 يوم تشغيل في السنة (أيام العمل الأسبوعية).

إضافة: - ويحسب وقت النشاط بالقسمة على 250 يوم تشغيل في السنة (أيام العمل الأسبوعية).

أدخلت هذه التصويبات على الملف الإلكتروني.